



RECFRANCE
Innové pour Libérer

NOTICE D'UTILISATION

VERTICALISATION



VERTIPLATEAU




SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016



SOMMAIRE

Vérifications avant utilisation	p.3
Utilisation prévue	p.3
Restriction d'utilisation / précautions d'emploi mises en garde spéciales	p.3
Description produit	p.3-5
Montage/ réglages	p.5-8
Adjonctions	p.9
Entretien / stockage /mise au rebut	p.9
Garantie	p.9
Identification	p.10
Mentions légales	p.10



Merci de lire attentivement cette notice avant la première utilisation de votre appareil. **Conservez soigneusement ce document.** La notice d'utilisation est à remettre avec le produit lors d'une éventuelle cession à des tiers.

Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant ce support, contactez votre applicateur/prescripteur.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

Avant le montage de votre châssis, merci de vérifier que le colis contient bien tous les éléments listés en pièces détachées, ainsi que les éléments d'options définies lors de votre commande.

Avant la première utilisation de votre châssis, merci de vérifier que le montage a été effectué conformément à la notice.

UTILISATION PRÉVUE

Le Vertiplateau est un support conçu pour accueillir des coques de façon à maintenir parfaitement la personne en position debout. Il dispose de nombreuses options lui permettant de s'adapter aux besoins de chacun. Ce système est utilisé en rééducation et peut facilement être déplacé grâce à ses 4 roues roller. L'équipement complet est destiné à un patient en particulier pour un handicap particulier. Les coques peuvent être placées en position ventrale ou dorsale. Le Vertiplateau est prévu pour une utilisation exclusivement en intérieur.

RESTRICTION D'UTILISATION / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI MISES EN GARDE SPÉCIALES

- Le châssis Vertiplateau doit être utilisé dans les limites de poids et de taille conseillées.
- Ce châssis est conçu pour une utilisation en intérieur, sur un sol lisse et plat. Ne pas rouler sur des clous, des pointes ou des objets tranchants.
- Les roulettes de l'appareil sont munies de frein; les utiliser dans les cas suivants: avant un transfert, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste ayant procédé à son installation.
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié. Des réglages inadéquats peuvent causer des blessures et / ou dommages à l'utilisateur, à la personne aidante, et à ce support.
- Ne pas installer d'accessoires non autorisés et non approuvés par RECFRANCE.
- En cas de dysfonctionnement / dommage / détérioration constaté(s) sur l'appareil, cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le fabricant.

 **Ne pas laisser le patient utiliser son support roulant sans surveillance.**

DESCRIPTION PRODUIT

Base roulante de verticalisation disponible en **2** tailles et plusieurs coloris.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille	Largeur	Longueur	Hauteur du mât	Poids max.	Dimensions du plateau
Vertiplateau Kid	500 mm	800 mm	800 mm	40 kg	larg. 430 x prof. 240 mm
Vertiplateau	650 mm	900 mm	1100 mm	90 kg	larg. 580 x prof. 340 mm



MATÉRIAUX UTILISÉS

Le châssis de base et chacun des éléments sont fabriqués en acier, et bénéficient soit d'un traitement de zingage, soit d'un thermolaquage avec peinture à base de mélange de résines synthétiques et pigments.



N° article	Référence	Description	Qté
1	VERTIPLATEAU 2PR	Embase 2 petites roues	1
2	VP 02	Rallonges (pour Vertiplateau 2PR)	1
3	VP 08	Traverse fixation jambier	1
4	VP 04	Fixation jambier	Paire
5	VP 05	Renfort bras de dossier	1
6	VP 06	Guidon appui avant-bras	1
7	VP 07	Fixation cale pied	Paire

CETTE BASE EST LIVRÉE AVEC :

VP 04 A	Fixation jambier cylindrique (la paire)
VP 08 A	Traverse fixation jambier cylindrique
VP 09	Ensemble fixation dossier
VP 03	Fixation supérieure de coque

COMPATIBILITÉ

Cette base roulante peut être équipée avec les accessoires suivants :

VP 04 B	Fixation jambier à section carrée (la paire)
VP 04 C	Fixation jambier à section carrée, inclinable (la paire)
VP 04 D	Fixation jambier à section carrée, inclinable et orientable (la paire)
VP 08 B	Traverse fixation jambier à section carrée
VP 01	Bras de dossier à ouverture horizontale
VP 02	Rallonges pour Vertiplateau 2PR
VP 05	Renfort bras de dossier
VP 06	Guidon appui avant-bras
VP 07	Fixation cale pied (la paire)

CONSOMMABLES

Les **roues** ainsi sont des composants susceptibles de s'user; au cours du cycle de vie de votre appareil, il est possible d'avoir à changer ces composants. Pour commander de nouvelles pièces et savoir comment les remplacer, contacter le fournisseur.

MONTAGE/ RÉGLAGES

 **Les réglages doivent impérativement être effectués par un personnel qualifié.**

MONTAGE DU MÂT


Insérer le mât sur l'embase
puis serrer la molette.



UTILISATION DES FREINS INTÉGRÉS AUX ROULETTES

⚠ Attention : Penser à verrouiller les freins avant un transfert, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.


Appui sur la languette de la roulette pour actionner le frein (verrouillage en rotation de la roue et de la chape)



Appui sur la partie arrière de la languette pour déverrouiller le frein


FIXATION JAMBIER

Utiliser les trous présents sur les fixations jambier pour fixer la coque




Insérer l'ensemble de fixation jambier. Régler en hauteur, largeur et profondeur puis serrer l'ensemble des vis sans tête.


SUPPORT DORSAL: HAUTEUR ET LARGEUR




SUPPORT DORSAL: PROFONDEUR ET INCLINAISON



FIXATION SUPÉRIEURE DE COQUE




SUPPORT TABLETTE



ADJONCTIONS

RENFORT BRAS DE DOSSIER



ENTRETIEN / STOCKAGE / MISE AU REBUT

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité.
- La maintenance du châssis doit impérativement être effectuée par un personnel qualifié.
- Les visites de contrôle du châssis par un distributeur agréé doivent être annuelles à minima, et suivre toute période de non utilisation prolongée.
- Pour l'entretien du châssis, ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcalins ou agressifs. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau chaude et de détergent non agressif. Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon sec.
- Vérifier régulièrement le bon serrage des vis.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des ensembles coulissants et/ou pivotant; utiliser du dégrissant ou de la graisse si besoin et adapter le couple de serrage des boulons.
- À la fin du cycle de vie de votre châssis, procédez à son recyclage de manière appropriée. L'emballage carton est à recycler. La mise au rebut est assujettie aux réglementations nationales et locales. Pour procéder à une mise au rebut correcte, renseignez vous sur les organismes locaux de traitement des déchets auprès de votre mairie.
- Pour toute commande de pièces détachées, veuillez vous adresser à votre revendeur en lui précisant le numéro de lot de votre châssis.

GARANTIE

L'ensemble de nos fabrications est garanti contre tout vice et défaut démontré de fabrication, à partir de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation conforme aux instructions du fabricant et d'une maintenance régulière. La garantie ne couvre pas l'usure normale, les conséquences d'une manipulation incorrecte, la détérioration ou le défaut d'entretien. La garantie ne couvre pas le montage ou la mise en service inappropriés par l'acheteur ou par un tiers.

Lors de toute correspondance pour une éventuelle prise en charge sous garantie, il est impératif de nous communiquer les éléments d'identification du produit (numéro de lot, facture d'achat...).

Pour en savoir plus sur nos modalités de garanties, merci de vous reporter aux conditions générales de vente.



IDENTIFICATION

Nom et adresse du fabricant :

Recfrance - 136 ancienne route de Clermont - 34600 Bédarieux
Tél : 04 67 95 04 50 - Fax : 04 67 95 06 94 - Mail : administration@recfrance.com
Web : www.recfrance.com
SAS au capital de 141 300€ RCS Béziers 401 406 871 00020

Version document : *NU_Vertiplateau_071022-V4*

N° de série :

Coller l'étiquette numéro de lot à cet emplacement



MENTIONS LÉGALES

La conception générale, ainsi que les textes, images, savoir-faire et tout autre élément composant le produit sont la propriété exclusive de RECFRANCE et/ou de ses fournisseurs.

Visuels non contractuels.

Tout incident grave survenu avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le patient est établi.

DATE D'ACHAT : / /

CACHET DU REVENDEUR :



RECFRANCE
Innovater pour Libérer

136 ancienne route de Clermont
34600 Bédarieux
Tél. : 04.67.95.04.50
Fax : 04.67.95.06.94

